

projeto 05.03.2008



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor <http://www.zzv-mb.si>
INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA
Telefon: (02) 4500170 Telefaks: (02) 4500227 E-pošta: ivo@zzv-mb.si
ID za DDV: SI30447046 Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630



Rezultati, označeni z #,
se nanašajo na
neakreditirano dejavnost

REZULTATI ANALIZ

SPLOŠNI PODATKI:

Naloga: NADZOR KVALITETE PITNE VODE ZZV MURSKA SOBOTA
Vodja naloge: Nataša Sovič, univ.dipl.inž.kem.tehnol. *JS*
Naročnik: EKO-PARK, D.O.O. LENDA VA
TRG LJUDSKE PRAVICE 5, 9220 LENDA VA

Evidenčna številka: 32/00111-08/01798

Maribor, 01.03.2008

PODATKI O VZORCU:

Oznaka vzorca: PITNA VODA - MV LENDA VA, ČRPALIŠČE GABERJE Datum vzorčenja: 26.02.2008
Lab. številka: 08/01798 Datum sprejema: 26.02.2008
Vzorec odvzel: ZZV MS (BAKAN)

REZULTATI ANALIZ:

Parameter	Enota	Normativ	Rezultat	Metoda	Začetek
	Podajanje		Opomba		Konec
ORGANOLEPTIČNE LASTNOSTI					
Vonj		-	BREZ		# 27.02.2008 27.02.2008
Motnost	NTU	(b)	0.4	ISO 7027	27.02.2008 27.02.2008
Barva	m-1	(b)	<0.1	ISO 7887	27.02.2008 27.02.2008
FIZIKALNO-KEMIJSKI PARAMETRI					
pH		6.5-9.5	6.9	ISO 10523	27.02.2008 27.02.2008
Elektroprevodnost (20oC)	uS/cm	2500	250	EN 27888	27.02.2008 27.02.2008
OSNOVNI PARAMETRI					
Oksidativnost	mg/l O ₂	5.0	<0.5	EN ISO 8467	27.02.2008 27.02.2008
Klorid	mg/l Cl	250	2.5	SM 4500-Cl(C)	# 27.02.2008 27.02.2008
Amonij	mg/l NH ₄	0.5	<0.02	ISO 11732	27.02.2008 27.02.2008
Nitrit	mg/l NO ₂	0.50	<0.007	ISO 13395	27.02.2008 27.02.2008

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Evidenčna številka: 32/00111-08/01798

Maribor, 01.03.2008

S krepkimi znaki izpisan rezultat presega mejno vrednost - normativ. Ocena skladnosti ne upošteva podatkov o merilni negotovosti, posredujemo jih na zahtevo naročnika.

Pravilnik o pitni vodi Ur.list RS št.19/2004, 35/2004, 26/2006 in 92/2006

(b) Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb


Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen.

Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v inštitutu.

ODDELEK ZA ANALIZNO KEMIJO

Vodja:


Marjana Babič, univ.dipl.inž.kem.inž.



INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA

Predstojnik:

Stanko Brumen, univ.dipl.inž.kem.inž.,spec.



- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.